



TERMO DE REFERÊNCIA (Próteses Dentárias)

PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR (PT) ACRILIZADA: confeccionada em acrílico termo-polimerizável de alta resistência com dentes com as seguintes características: dupla prensagem (corpo e esmalte), alta resistência mecânica, química e a abrasão, ausência total de bolhas ou porosidade, fluorescência natural, inclui: placa de mordida, montagem, ceroplastia, prensagem, acrilização e reembasamento, incluindo serviços de moldagem e adaptações/ajustes das próteses.

PRÓTESE TOTAL MAXILAR (PT) ACRILIZADA : confeccionada em acrílico termo-polimerizável de alta resistência com dentes com as seguintes características: dupla prensagem (corpo e esmalte), alta resistência mecânica, química e a abrasão, ausência total de bolhas ou porosidade, fluorescência natural, inclui: placa de mordida, montagem, ceroplastia, prensagem, acrilização e reembasamento, incluindo serviços de moldagem e adaptações/ajustes das próteses.

PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL (PPR): estrutura metálica fundida em cromo-cobalto, acrilizada em acrílico termo-polimerizável rosa de alta resistência e dentes com as seguintes características: dupla prensagem (corpo e esmalte), alta resistência mecânica, química e à abrasão, ausência total de bolhas ou porosidades, fluorescência natural, inclui placa de mordida, montagem, ceroplastia, prensagem acrilização e reembasamento, incluindo serviços de moldagem e adaptação/ ajustes das próteses.

PRÓTESE PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL (PPR) : estrutura metálica fundida em cromo-cobalto, acrilizada em acrílico termo-polimerizável rosa de alta resistência e dentes com as seguintes características: dupla prensagem (corpo e esmalte), alta resistência mecânica, química e à abrasão, ausência total de bolhas ou porosidades, fluorescência natural, inclui

placa de mordida, montagem, ceroplastia, prensagem acrilização e reembasamento, incluindo serviços de moldagem e adaptação/ ajustes das próteses.

PRÓTESE CORONÁRIA/INTRARRADICULARES FIXAS/ADESIVAS - confeccionada em liga níquel/cromo (sem bolhas e perfeitamente adaptada ao término do preparo dental). Processo de trabalho convencional: confecção de coroa provisória; coroa metálica; acabamento e polimento adequado; compreende as etapas de ajuste de cor e acréscimo necessário em porcelana. Incluindo serviços de moldagem e adaptação/ ajustes das próteses.

OBS: As próteses dentárias totais e parciais removíveis deverão ser confeccionadas caracterizadas, com cor da gengiva seguindo escala padrão, levando em conta a tonalidade da pele; os dentes deverão seguir a padronização de cor, tamanho e qualidade necessários a uma boa estética individualizada não sofrendo alteração de coloração e forma frente a variações térmicas e ou pela função mastigatória.

4 – DAS FASES DE CONFECÇÃO DAS PRÓTESES

4.1.1) Confeccção de próteses totais superiores conforme as fases descritas abaixo (fases sob responsabilidade do Laboratório de Prótese):

- a) Confeccção das moldeiras individuais;
- b) Confeccção do plano de cera;
- c) Montagem dos dentes;
- d) Acrilização das próteses (dupla prensagem com caracterização ou não da gengiva e palato incolor quando necessário);
- e) Polimento das peças quando houver necessidade de desgastes para adaptação das peças;
- f) Os dentes estão incluídos na montagem pelo laboratório;
- g) Após a entrega do produto ao paciente, haverá um prazo de garantia de 60 (sessenta) dias:

4.1.2) Confeccção de próteses totais inferiores conforme as fases descritas abaixo (Fases sob responsabilidade do Laboratório de Prótese):

- a) Confeccção das moldeiras individuais;
- b) Confeccção do plano de cera;
- c) Montagem dos dentes;
- d) Acrilização das próteses (dupla prensagem com caracterização ou não da gengiva);
- e) Polimento das peças quando houver necessidade de desgastes para adaptação das peças;
- f) Os dentes estão incluídos na montagem pelo laboratório;

4.1.3. Confeccção de próteses parciais removíveis superiores com grampos, conforme as fases descritas abaixo (Fases de confeccção de próteses parciais removíveis sob responsabilidade do Laboratório de Prótese):

- a) Confeccção de moldeira individual;
- b) Duplicação do modelo, delineamento, enceramento, fundição e acabamento da armação de metal;
- c) Confeccção de plano de cera para registro de oclusão;

- d) Montagem em articulador e montagem dos dentes no plano de cera;
- e) Acrilização (dupla prensagem com caracterização ou não da gengiva e palato incolor quando necessário);
- f) Polimento das peças quando houver necessidade de desgastes para adaptação das peças;
- g) Os dentes estão incluídos na montagem pelo laboratório;

4.1.4) Confeção de próteses parciais removíveis inferiores, conforme as fases descritas

abaixo (Fases de confecção de próteses parciais removíveis sob responsabilidade do Laboratório de prótese):

- a) Confeção de moldeira individual;
- b) Duplicação do modelo, delineamento, enceramento, fundição e acabamento da armação de metal;
- c) Confeção de plano de cera para registro de oclusão;
- d) Montagem em articulador e montagem dos dentes no plano de cera;
- e) Acrilização (dupla prensagem com caracterização ou não da gengiva e palato incolor quando necessário);
- f) Polimento das peças quando houver necessidade de desgastes para adaptação das peças;
- g) Os dentes estão incluídos na montagem pelo laboratório;
- i) Após a entrega do produto ao paciente haverá um prazo de garantia de 60 (sessenta) dias